

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі ««ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» Стерилізатор паровий (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 38671 Стерилізатор паровий); Двохчастотна ультразвукова мийка (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 36749 Ультразвукова водяна баня); Пакувальна машина (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 36674 Пристрій для запаювання пакетів)».

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: санаторій «Прикордонник-Немирів» (військова частина 1487): 81014, вул. Курортна, 21 смт. Немирів Яворівського району, Львівської області; код за ЄДРПОУ – 14321630; категорія замовника – Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

3. Ідентифікатори закупівель: UA-2023-05-16-013815-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики визначені розпорядженням Адміністрації Державної прикордонної служби України та технічним завданням, що затверджено Адміністрацією Державної прикордонної служби України та оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

№ з/п	ДК 02:2015/ 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»	Найменування та основні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі	Одиниц я виміру	Кількі сть
1	33190000-8/ 38671 Стерилізатор паровий	<p>Стерилізатор паровий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Призначений для автоматичного забезпечення парової стерилізації виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент) з термостійкої гуми; скла (шприци, посуд) і текстильних матеріалів (перев'язувальний, шовний і ін.) як в упакованому вигляді так і в упакованому в спеціальні пакети з синтетичної плівки і паперу ✓ Автоматичне управління ✓ Стерилізаційна камера і завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, нержавіючої сталі ✓ Якісна термоізоляція ✓ Панелі управління передбачас 	шт	2

		<p>цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Контроль поточних значень тиску здійснюється по вбудованому манометру ✓ Система багаторазового використання води за допомогою її повернення у вигляді пару через жиклер протягом усього циклу, з подальшою конденсацією у водяному бачку ✓ Дозована подача води в парову камеру, що забезпечує мінімальний відсоток вологості об'єктів стерилізації при їх вилученні з камери ✓ Об'єм камери, не менше 20л ✓ Підтримувані режими роботи, режим 1 - 121/20, режим 2 - 126/10, режим 3 - 132/20, режим 4 - 134/5, °C/хв ✓ Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, °C +/- 1 ✓ Напруга живлення, 220В ✓ Об'єм дистильованої води у баці, не більше 1,4 л. ✓ Температура аварійного відключення, 145°C ✓ Комплект поставки: ✓ Касетотримач: 1шт ✓ Касета 260x159; 520x159: 4шт; - 2шт. ✓ Вкладиш: 1шт. ✓ Кришка бака: 1шт. ✓ Хомут черв'ячний 10-15: 1шт. ✓ Труба дренажу 10x1,1: 1шт. ✓ Вакуумний насос ✓ Гарантійний термін, не менше 12 місяців <p>Клас ризику Пб Сертифікат на систему управління якістю (ISO 13485:2016) Сертифікат відповідності технічного регламенту щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. №753. Наявність гарантійного листа від виробника або уповноваженого представника про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу). Рік виготовлення, не пізніше 2023.</p>		
2	33190000-8/ Ультразвукова	<p>Двохчастотна ультразвукова мийка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Призначене для видалення забруднень з предметів і порожнин за 	шт.	1

	водяна баня	<p>допомогою двох частот</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Об'єм, не менше 15000 мл ✓ Живлення напругою, 220В ✓ Частота Гц, 50/60 ✓ Потужність ультразвукової очистки Вт, 360 ✓ Потужність нагріву Вт, 400Вт ✓ Наявність РК дисплею ✓ Таймер хв., від 1 до 30 ✓ Температура нагріву мийки °С, від 20 до 80 ✓ Відсутність регулювання потужності УЗ ✓ Відсутність пульсацій ✓ Частота очистки Гц, 40000 / 28000 <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ УЗ ванна – 1 шт. ✓ Кабель живлення – 1 шт. ✓ Кришка – 1 шт. ✓ Корзина – 1 шт. ✓ Паспорт на продукцію українською мовою – 1шт. ✓ Сертифікат відповідності ✓ Сертифікат СЕС ✓ Країна виробник, Україна ✓ Гарантія, не менше 6 місяців ✓ Безкоштовна доставка, встановлення та навчання 		
3	33190000-8/ 36674 Пристрій для запаювання пакетів	<p><i>Пакувальна машина - пристрій, що використовується для запечатування та відрізання стерилізаційних рулонів з паперу та поліпропілену для передстерилізаційного пакування інструментів</i>[^]</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Запечатування за постійної температури ✓ Управління – напівавтоматичне ✓ Ширина шва, не менше 12 мм. ✓ Максимальна ширина рулону/рулонів, не менше 305 мм ✓ Передбачено можливість настінного кріплення задля економії робочого простору ✓ Має автоматичний індикатор усіх стадій роботи ✓ Потужність при нагріванні Вт, 100 ✓ Потужність в режимі очікування Вт, 60 ✓ Напруга живлення В, 220/230 ✓ Частота Гц, 50/60 ✓ Струм А, 5 ✓ Безкоштовна доставка, встановлення та навчання 	шт.	1

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 226080,00 грн.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість формувалась з середніх цін комерційних пропозицій наданих суб'єктами господарювання.