

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі «ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії»:

Лот 1: Вертикалізатор (Medium) (код НК 024:2019: 41073 Параподіум-вертикалізатор), Вертикалізатор (Large) (код НК 024:2019: 41073 Параподіум-вертикалізатор)

Лот 2: Гребний тренажер (код НК 024:2019: 35639 Тренажер для спини, гребля); Тренажер МТБ (медичний тренажер Бубновського) – 4 (код НК 024:2019: 61508 Тренажер механічний для центральних частин тіла)».

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: санаторій «Прикордонник-Немирів» (військова частина 1487): 81014, вул. Курортна, 21 смт. Немирів Яворівського району, Львівської області; код за ЄДРПОУ – 14321630; категорія замовника – Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

3. Ідентифікатори закупівель: UA-2023-05-18-011774-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики визначені розпорядженням Адміністрації Державної прикордонної служби України та технічним завданням, що затверджено Адміністрацією Державної прикордонної служби України та оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

№ з/п	ДК 02:2015/024:2019 «Класифікатор медичних виробів»	Найменування та основні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Лот 1: 33150000-6 / 41073 Параподіум-вертикалізатор	Вертикалізатор (Medium): ✓ Вертикалізатор повинен бути призначений для реабілітації пацієнтів з порушеннями в роботі опорно-рухового апарату, з паралічем нижніх кінцівок і тулуба, що не здатні самостійно стояти ✓ В даному вертикалізаторі пацієнт повинен мати можливість знаходитись в положенні: сидячи та стоячи ✓ Вертикалізатор повинен надавати можливість користувачу, рухаючи руками ручки пристрою, викликати відповідну рухливість ніг ✓ Мінімальний зріст пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор,	шт	1

		<p>не менше 123 см.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Максимальний зріст пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор, не більше 167 см. ✓ Максимальна вага пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор, до 90 кг. ✓ Вертикалізатор повинен бути обладнаний гідравлічним підйомником з рукояткою для самостійного підняття з сидячого у вертикальне положення ✓ Вертикалізатор повинен бути обладнаний столом з м'якою підкладкою для грудей, який регулюється по висоті і глибині ✓ Вертикалізатор повинен бути обладнаний підставками для ніг, які регулюються по висоті з ременями для фіксації стоп ✓ Вертикалізатор повинен бути обладнаний спинкою для підтримки у вертикальному положенні ✓ Наявність гарантійного листа від виробника або уповноваженого представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни ✓ Документ, що підтверджує відповідності обладнання, що поставляється, вимогам технічного регламенту згідно Постанови КМУ №753 02.10.2013р. ✓ Безкоштовна доставка 		
	<p>Лот 1: 33150000-6 / 41073 Параподіум- вертикалізатор</p>	<p>Вертикалізатор (Large):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обладнання: Отоскоп ✓ Області застосування: дослідження вушної раковини лікарем отоларингологом - відповідність ✓ Роздільна здатність, не гірше 1.3 Мегапикселя (1280 x 1024) - відповідність ✓ Оптичне збільшення, не гірше 15 - 50x- відповідність ✓ Цифрове збільшення, не гірше 15 - 150x - відповідність ✓ Оптика повинна бути представлена подвійними лінзами та тришаровим склом, 650nm - відповідність ✓ Відео характеристики: YUY2 - відповідність ✓ Кількість кадрів в секунду: не менше 30 кадрів/сек- відповідність <p>Характеристики відео /Зображення повинні відповідати наступним вимогам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Колір: відтінок, насиченість - 	шт.	1

		<p>відповідність</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Експозиція: яскравість, контраст - відповідність ✓ Зображення: різкість, гамма - відповідність ✓ Формат зображення: BMP / AVI - відповідність ✓ Світлодіодна підсвітка - наявність ✓ Регулювання яскравості - відповідність ✓ Інтерфейс: USB 2.0 - відповідність ✓ Комплектація: 3мм/4мм/5мм вушні воронки - наявність <p>Програмне забезпечення повинно мати наступні можливості:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Зміна масштаба, зум, заморозка - відповідність -Розділення, поворот, дзеркальне відображення, виділення області інтересу - відповідність - Вимірювання в реальному часі- відповідність -Автоматичний/ручний баланс білого - відповідність ✓ Операційні системи: Windows 10, 8, 7, XP- відповідність ✓ Безкоштовна доставка 		
2.	<p>Лот 2: 33150000-6 / 35639 Тренажер для спини, гребля</p>	<p>Гребний тренажер:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ SCAN – Перемикання між Ватами-Калоріями і Гребками за хвилину – Швидкістю. Інтервал – 6 секунд ✓ SPM – Гребки за хвилину 0-15-999 ✓ SPEED – Швидкість 0,0-99,9 км/г ✓ TIME – Час 0:00 – 99:59 ✓ DISTANCE – Відстань 0,00-99,99 км ✓ CALORIES – Калорії 0-999 ✓ Символ у вигляді серця – блимає, якщо консоль приймає сигнал від нагрудного датчика ✓ MANUALS – Ручна програма 1-16 рівня ✓ WATT – Вати 0-999 Ват ✓ WATT CONSTANT – Програма постійного Ват-навантаження 10-350 ✓ USER – Користувач U1-U4 ✓ H. R. C. – Пульсозалежна програма 55%-75%-90%-IND (цільова) ✓ PULSE – Пульс P-30-240 ✓ STROKES – Гребки 0-9999 ✓ TIME/500M – Час, потрібний на проходження 500м 0:00-99:59 ✓ USER DATA – Дані користувача (U0-U4) U1-U4 – можливість зберігання інформації в пам’яті ✓ Безкоштовна доставка 	шт.	1

	<p>Лот 2: 33150000-6 / 61508 Тренажер механічний для центрального частин тіла</p>	<p>Тренажер МТБ (медичний тренажер Бубновського) – 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів ✓ Сертифікат відповідності ✓ Висновок ДСЄЄ ✓ Виріб має бути призначений для використання в закритому приміщенні, кількістю людей і віковими критеріями, визначеними в характеристиках виробу ✓ Довжина, не більше 3570мм ✓ Ширина, не більше 2135мм ✓ Висота, не більше 2303мм ✓ Вага, не більше 545кг ✓ Максимальна вага користувача, не більше 120кг ✓ Робоча температура від 10°C до 30°C ✓ Вологість в приміщенні від 60% до 80% ✓ Тренажер має складатися з: <ul style="list-style-type: none"> • Сталева зварна рама • Сидіння, спинки, валики, упори і інші м'які частини • Рухомі важелі • Трособлочна система (в залежності від типу тренажера) • Вантажні плити (в залежності від типу тренажера) • Направляючі (залежно від типу тренажера) • Рухомі вузли, елементи регулювань сидінь і спинок • Захисна панель, декоративний ковпак (в залежності від типу тренажера) • Пластикові фурнітури (ручки, заглушки, декоративні елементи та ін..) • Сполучні і кріпильні елементи (металовироби та ін..) <p>✓ Безкоштовна доставка</p>		
--	---	---	--	--

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 272 164,00 грн. з ПДВ

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість формувалась з середніх цін комерційних пропозицій наданих суб'єктами господарювання.